

Détermination enzymatique de l'ammoniaque dans les produits alimentaires ou autres
Coffret pour 32 tests sur l'automate RIDA®CUBE SCAN (340 nm)

Pour usage *In vitro* uniquement
Conserver entre +2 et +8 °C

Principe

Test enzymatique avec la Glutamate déshydrogénase (GIDH). Le NADH consommé est mesuré à 340 nm :



Réactifs

- # 1 : 32 tubes avec 800 µl de réactif 1 (NADH)
- # 2 : 32 capuchons avec 200 µl de réactif 2 (GIDH, Oxoglutarate)
- # 3 : une carte RFID (Identification par Radio Fréquence)

Les réactifs sont stables jusqu'au dernier jour du mois indiqué, s'ils sont conservés entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler les réactifs. Amener les réactifs à température ambiante avant utilisation.

Appliquer les précautions habituelles en vigueur dans le laboratoire. Ne pas avaler ! Éviter tout contact avec la peau et les membranes muqueuses.

Ce coffret peut contenir des substances dangereuses pour la santé. Pour avoir les informations sur les dangers des substances présentes, merci de se référer aux fiches de sécurité appropriées (MSDS) disponibles sur notre site Internet www.r-biopharm.com. Après utilisation, les réactifs doivent être éliminés comme déchets de laboratoire. Les emballages peuvent être recyclés.

Préparation des échantillons

- Utiliser des échantillons liquides clairs, transparents directement dans le test. Si nécessaire, diluer l'échantillon pour être dans le domaine de mesure
- Filtrer ou centrifuger les solutions troubles.
- Éliminer le gaz carbonique des échantillons.
- La méthode clarification de Carrez ne peut pas être utilisée dans ce test, car cela donne des recouvrements trop bas
- Ecraser et homogénéiser les échantillons solides et semi-solides et extraire avec de l'eau. Filtrer ou centrifuger, ou utiliser une méthode clarification si nécessaire (sauf Carrez).

Spécifications

Les spécifications du test sont stockées sur la carte RFID, et l'application est exécutée automatiquement par l'appareil.

Longueur d'onde : 340 nm

Température : 37 °C

Calibration : La courbe de calibration est stockée sur la carte RFID

Séquence : Échantillon + R1 / mix / 2 min / A1 / R2 / mix / 10 min / A2

Volume échant. : 20 µl (Basic) ou 100 µl (Sensitive)
Le volume requis doit être pipeté précisément dans le tube (réactif 1)

Pour l'application "Sensitive", il est aussi possible de pipeter n'importe quelle dilution avec un volume total de 100 µl (par exemple 50 µl d'échantillon et 50 µl d'eau). Le résultat doit être recalculé selon la dilution choisie (facteur 2 dans cet exemple).

Procédure

Placer la carte RFID sur l'automate	
Entrer les données de l'échantillon dans la tablette : - identification - volume (20 ou 100 µl)	
Pipeter l'échantillon dans le tube (réactif 1)	
Fermer le tube avec le capuchon (réactif 2), puis l'insérer dans l'automate et fermer la porte	

Calcul des résultats

Les résultats sont calculés en mg/l par l'automate, avec les domaines de mesure recommandés suivants :

- de 5 à 125 mg/l pour l'application " Basic " (20 µl)
- de 1 à 25 mg/l pour l'application " Sensitive " (100 µl)

Notes

Tester un contrôle qualité chaque jour où le test est utilisé. Si la déviation de ce contrôle est supérieure à 10%, il est nécessaire de mesurer le blanc réactif avec un échantillon d'eau, et de le déduire de tous les résultats suivants.

Clause de responsabilité. Ces données correspondent à nos connaissances techniques actuelles et fournissent des informations sur nos produits et leur utilisation. R-Biopharm ne donne aucune garantie d'aucune sorte, exprimée ou implicite, en dehors du fait que les matières premières utilisées pour la fabrication de ce produit sont de qualité standard. Les produits défectueux seront remplacés. Il n'y a aucune garantie sur la valeur marchande de ce produit, ou de son adéquation à un but quelconque. R-Biopharm ne pourra être tenu responsable pour aucun dommage, y compris dommages spéciaux ou indirects, ou pour des dépenses résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit.