


UV-Test zur Bestimmung von L-Milchsäure in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien  
Test-Kombination für 50 Bestimmungen

Nur für den Laborgebrauch  
Lagerung bei 2 - 8 °C

## 1. Testprinzip

Enzymatische Bestimmung mit L-Lactat-Dehydrogenase (L-LDH).

L-Milchsäure reagiert in Gegenwart von Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid (NAD) und L-Lactat-Dehydrogenase (L-LDH) zu Pyruvat und NADH.



NAD wird dabei zu NADH reduziert. Die gebildete NADH-Menge ist proportional zur Konzentration der L-Milchsäure Menge und wird bei 340 nm gemessen.

Zur Bestimmung der Summe von D- und L-Milchsäure eignet sich der Test Enzytec™ Liquid D-/L-Lactic acid (E8240). Sollte lediglich die L-Milchsäure Konzentration benötigt werden, verwenden Sie Enzytec™ Liquid L-Lactic acid (E8260) oder ziehen Sie die ermittelte D-Milchsäure-Konzentration vom E8240 Testergebnis ab. Sollte lediglich die D-Milchsäure Konzentration benötigt werden, verwenden Sie Enzytec™ Liquid D-Lactic acid (E8245) oder ziehen Sie die ermittelte L-Milchsäure-Konzentration vom E8240 Testergebnis ab.

## 2. Reagenzien

### 2.1. Inhalt & Zusammensetzung

Der Test ist für eine manuelle und automatisierte Abarbeitung geeignet. Die Reagenzien reichen bei manueller Abarbeitung für 50 Bestimmungen. Die Anzahl der Bestimmungen bei automatisierter Abarbeitung ist um ein Vielfaches erhöht, jedoch geräteabhängig.

- Reagenz 1: 2 x 50 ml mit Puffer, L-LDH
- Reagenz 2: 2 x 12,5 ml mit Puffer, NAD

### 2.2. Reagenzienvorbereitung

Die Reagenzien sind gebrauchsfertig und müssen vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur (20 - 25 °C) gebracht werden. Komponenten nicht zwischen Kits verschiedener Chargen austauschen.

### 2.3. Lagerung & Haltbarkeit

Die Reagenzien sind bei sachgerechter Handhabung auch nach dem Öffnen bei 2 - 8 °C bis zum Monatsende der angegebenen Haltbarkeit stabil (siehe Etikett). Reagenzien nicht einfrieren.

### 2.4. Sicherheit & Entsorgung

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Nicht verschlucken sowie Berührung mit Haut und Schleimhäuten vermeiden.

Sicherheitshinweise zu den enthaltenen Komponenten sind den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern (SDS) zu entnehmen. Nach Gebrauch können die Reagenzien mit dem Laborabfall entsorgt und das Verpackungsmaterial dem Recycling zugeführt werden.

## 3. Probenvorbereitung

- Die Probenvorbereitung für die manuelle und die automatisierte Testdurchführung ist identisch.
- Die Proben sollten vor der Messung auf Raumtemperatur gebracht werden.
- Flüssige, klare und annähernd neutrale Probelösungen direkt bzw. nach Verdünnen mit dest. Wasser auf eine Konzentration innerhalb des Messbereichs (siehe Leistungsdaten) im Test einsetzen.
- Trübe Lösungen filtrieren oder zentrifugieren.
- Stark gefärbte Proben gegebenenfalls entfärben.
- Kohlensäurehaltige Proben entgasen.
- Feste und halb feste Proben zerkleinern und homogenisieren und mit Wasser extrahieren; filtrieren oder zentrifugieren, oder bei Bedarf Carrez-Klärung anwenden.
- Stark fetthaltige Proben in einen Messkolben einwiegen und mit heißem Wasser extrahieren; Probelösung zur Fettabcheidung abkühlen lassen (z. B. 15 min im Eisbad); Messkolben bis zur Marke mit Wasser auffüllen, wässrige Lösung vor dem Testen filtrieren.

## 4. Testdurchführung

Wellenlänge: 340 nm  
Temperatur: 20 - 37 °C (während der Messung)  
Messung: gegen Luft (ohne Küvette) oder Wasser  
Messbereich: 10 - 600 mg/l

	Reagenzleerwert	Probe / Kontrolle
<b>Reagenz 1</b>	2000 µl	2000 µl
<b>Probe / Kontrolle</b>	-	100 µl
<b>Dest. Wasser</b>	100 µl	-
Mischen, 3 min bei 20 - 37 °C inkubieren. Extinktion E <sub>1</sub> messen, dann Zugabe von:		
<b>Reagenz 2</b>	500 µl	500 µl
Mischen, 15 min bei 20 - 37 °C inkubieren und Extinktion E <sub>2</sub> messen.		

Der Reagenzleerwert muss bei jedem Lauf einmalig mitbestimmt und von jedem Probenergebnis abgezogen werden.

## 5. Berechnung der Ergebnisse

### 5.1. Berechnung bei Probelösungen

#### 5.1.1. Konzentration L-Milchsäure

$$\Delta E = (E_2 - df \times E_1)_{\text{Probe}} - (E_2 - df \times E_1)_{\text{RLW}}$$

df: Dilution factor (Reagenzverdünungsfaktor)  
RLW: Reagenzleerwert

$$df = \frac{\text{Probenvolumen} + R1}{\text{Testvolumen}} = 0,808$$

Eine Erhöhung des Probenvolumens (bis max. 1000 µl) bei unveränderten Reagenzvolumina erfordert Umrechnung des Reagenzverdünungsfaktors (df). Bei Erhöhung des Volumens kann es zur Beeinflussung des Testsystems kommen. Generell gilt es dies Matrix-abhängig zu überprüfen.

$$C_{\text{L-Milchsäure}} [\text{g/l}] = \frac{(V \times \text{MG} \times \Delta E)}{(\varepsilon \times d \times v \times 1000)} = 0,3718 \times \Delta E$$

V: Testvolumen Basisapplikation [ml] = 2,600  
MG: Molekulargewicht [g/mol] = 90,1  
d: Schichtdicke [cm] = 1,00  
v: Probevolumen [ml] = 0,100  
ε: Extinktionskoeffizient NADH [l/mmol x cm] = 6,3 (bei 340 nm)

### 5.2. Berechnung bei Feststoffen

$$\text{Gehalt}_{\text{L-Milchsäure}} [\text{g}/100 \text{ g}] = \frac{C_{\text{L-Milchsäure}} [\text{g/l Probelösung}]}{\text{Einwaage}_{\text{Probe}} \text{ in g/l Probelösung}} \times 100$$

### 5.3. Kontrollen & Akzeptanzkriterien

Kontroll- oder Referenzproben sollten zur Qualitätskontrolle bei jedem Lauf mitgeführt werden. Hierfür empfehlen wir den Enzytec™ Liquid Multi-Acid Standard low (E8460).

Die Wiederfindung von Enzytec™ Liquid Multi-Acid Standard low sowie anderen wässrigen Kontrolllösungen sollten innerhalb 100 ± 5 % liegen.

## 6. Leistungsdaten

### 6.1. Spezifität

Die Bestimmung ist spezifisch für L-Milchsäure.

### 6.2. Interferenzen & Nebenaktivitäten

Oxalsäure zeigte keine Interferenzen unter 0,2 g/l.

Für Ascorbinsäure und 3-Hydroxybuttersäure wurden keine Interferenzen bis 0,2 g/l festgestellt. Für Sulfid wurden keine Interferenzen bis 0,05 g/l festgestellt.

Für die Bestimmung der Nebenaktivitäten wurden hochkonzentrierte organische Säurelösungen (20 g/l) im Essigsäure-Reagenz gemessen.

### 6.3. Linearität, Messbereich & Sensitivität

Die Linearität ist bis 600 mg/l L-Milchsäure gegeben (100 µl Probenvolumen) liegt.

Die Nachweisgrenze (LoD) wurde nach der Methode DIN 32645:2008-11 in gepufferter wässriger Lösung für ein Probenvolumen von  $v = 100 \mu\text{l}$  ermittelt. Hieraus ergibt sich ein LoD von 4 mg/l.

Die Bestimmungsgrenze (LoQ) wurde mittels Präzisionsprofil ermittelt und beträgt 10 mg/l.

Die geringste Extinktionsdifferenz, die das Verfahren unterscheiden kann, beträgt  $\Delta E = 0,005$ . Für ein Probenvolumen von  $v = 1000 \mu\text{l}$  ergibt sich ein LoD von 0,25 mg/l. Auf Basis von  $\Delta E = 0,010$  wurde ein LoQ von 0,5 mg/l errechnet.

### 6.4. Automatisierung mittels Pictus 500

#### 6.4.1. Bestimmungsgrenze (LoQ)

P500 Applikation	LoQ
High Range	40 mg/l
Basic Range	15 mg/l
Sensitive Range	0,75 mg/l

#### 6.4.2. Messbereiche

P500 Applikation	Messbereich
High Range	bis 3,125 g/l
Basic Range	bis 625 mg/l
Sensitive Range	bis 62,5 mg/l

#### 6.4.3. Präzision und Richtigkeit

Hier dargestellt sind Daten der Messung einer wässrigen Lösung.

##### High Range

Zielkonzentration, mg/l	150	450
Mittelwert, mg/l	151,8	459,3
SD, mg/l	1,77	4,06
RSD, %	1,17	0,88
Wiederfindung, %	101,2	102,1

##### Basic Range

Zielkonzentration, mg/l	150	450
Mittelwert, mg/l	151,4	459,4
SD, mg/l	0,93	2,36
RSD, %	0,61	0,51
Wiederfindung, %	100,9	102,1

##### Sensitive Range

Zielkonzentration, mg/l	15	45
Mittelwert, mg/l	15,38	44,87
SD, mg/l	0,13	0,27
RSD, %	0,87	0,59
Wiederfindung, %	102,5	99,7

## 7. Unterstützende Dokumente

Auf Anfrage bieten wir Ihnen folgende Dokumente:

- Enzytec™ Liquid Validierungsberichte
- Enzytec™ Liquid Probenvorbereitungshandbuch
- Enzytec™ Liquid Excel-Auswertevorlagen
- Enzytec™ Liquid Troubleshooting-Handbuch

Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Analysenzertifikate (CoA) sind in digitaler Form unter folgendem Link erhältlich

<https://eifu.r-biopharm.com/>



## 8. Dienstleistungen & technischer Support

Auf Anfrage bieten wir Ihnen folgende Leistungen:

- Kundenspezifisches Troubleshooting
- Daten- & Ergebnisanalyse
- Kunden-Workshops & Webinare
- Automatisierung: applikativer Support und technischer Service

## 9. Haftungsausschluss

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. R-Biopharm übernimmt keine Gewährleistung, außer für die standardisierte Qualität der Reagenzien. Defekte Produkte werden ersetzt. Für darüber hinaus gehende direkte, indirekte Schäden oder sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte haftet R-Biopharm nicht.